

.....  
pieczęć Zamawiającego

**Nr sprawy : OEA.A - 27 - 2 / 18**

## **MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu  
nieograniczonego na:*

### **„ Dostawę materiałów do badań laboratoryjnych”**

*Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.*

Konin, dnia 14.02.2018r.

DYREKTOR  
Powiatowej Stacji  
Sanitarnej i Epidemiologicznej  
w Koninie  
Zatwierdzam  
*Agnieszka Dybała - Kamińska*

.....

## Rozdział I Informacje ogólne

### 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
ul. Staszica 16, 62-500 KONIN  
tel./63/ 243-90-52 , fax./63/ 246-49-50  
adres e-mail: administracja@psse-konin.pl  
strona internetowa: <http://bip.psse-konin.pl/>

2. **Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą” oraz przepisami wykonawczymi.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej ”SIWZ”, opracowana dla niniejszego zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej zamawiającego – <http://bip.psse-konin.pl/>

## Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do badań laboratoryjnych z podziałem na dwadzieścia sześć części, zwane dalej „Pakietami”, których ilości i opisy znajdują się w załącznikach nr 2-27 do SIWZ tj:

- Pakiet I - Odczynniki chemiczne,
- Pakiet II - Materiały do badania mętności,
- Pakiet III - Odczynniki o specjalnej czystości,
- Pakiet IV - Odczynniki o specjalnej czystości do ASA,
- Pakiet V - Testy,
- Pakiet VI - Wzorce do sporządzania krzywej wzorcowej,
- Pakiet VII - Wzorce do kontroli,
- Pakiet VIII - Podłoża bakteriologiczne,
- Pakiet IX – Lateksy,
- Pakiet X - Preparaty diagnostyczne,
- Pakiet XI - Szkło laboratoryjne miarowe,
- Pakiet XII - Drobnny sprzęt,
- Pakiet XIII - Materiały pomocnicze,
- Pakiet XIV - Materiały do chromatografii,
- Pakiet XV - Materiały do chromatografii- części wymienne do aparatów,
- Pakiet XVI - Części wymienne do autoklawu ASL80,
- Pakiet XVII - Części wymienne do chromatografu jonowego,
- Pakiet XVIII - Części wymienne do Stacji Uzdatniania Wody MILLIPORE,
- Pakiet XIX - Materiały do ASA,
- Pakiet XX - Części wymienne do systemu oczyszczania wody RiO<sub>s</sub>3,
- Pakiet XXI - Wzorce,
- Pakiet XXII - Odczynniki do oznaczania Escherichia coli,
- Pakiet XXIII - Materiały diagnostyczne Colilert,
- Pakiet XXIV - Filtry,
- Pakiet XXV – Szkło laboratoryjne niemiarowe,
- Pakiet XXVI – Probówki jednorazowe

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na całość lub wybraną przez siebie część zamówienia.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport zamawianych odczynników na koszt Wykonawcy.

4. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała w miarę bieżącego zapotrzebowania.
5. Przewidywane ilości materiałów, o których mowa w załącznikach do SIWZ są orientacyjne i nie rodzą po stronie zamawiającego obowiązku ich wykupienia w proponowanych ilościach.
6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne i wszelkie odpowiedniki rynkowe, jednak nie gorsze niż wskazane w SIWZ.
7. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego. Na potwierdzenie powyższego wykonawca przedłoży do oferty następujące dokumenty: kartę charakterystyki wystawioną przez producenta, certyfikat lub specyfikację techniczną produktu proponowanego przez Wykonawcę (wraz numerem katalogowym).
8. W przypadku wątpliwości związanych z udowodnieniem równoważności złożonej oferty ( w tym ewentualnych ekspertyz) spoczywa na Wykonawcy.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia oferowanych materiałów równoważnych przed podpisaniem umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia próbek na żądanie w terminie i określonych ilościach przez Zamawiającego ( ilość niezbędna do sprawdzenia).Zamawiający ma możliwość zrezygnowania z oferty, jeśli występujące w produkcji zanieczyszczenia będą miały znaczący wpływ na jakość wyników oznaczeń próbki ślepej.
10. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za wynikłe szkody związane m.in. z naruszeniem powtarzalności wyników badań, uszkodzeniem urządzeń itp.

## **11. Wymagania ogólne:**

### **Pakiet I, III, IV**

Odczynniki muszą mieć minimum roczny termin ważności, kwasy 3 lata. W momencie dostawy musi mieć nie mniej niż 80% ważności okresu przydatności.

Odczynniki muszą być dostarczone w opakowaniach oryginalnych, nie większych niż w opisie i z czytelnym terminem ważności.

Każda dostarczona partia odczynników musi posiadać kartę charakterystyki oraz certyfikat jakości zawierający nazwę odczynnika, numer serii i termin ważności oraz odniesienie do specyfikacji przetargowej.

Wszystkie materiały odniesienia powinny posiadać świadectwo materiału odniesienia zawierające nazwę materiału odniesienia z numerem serii i terminem ważności, z podaną wartością wielkości odtwarzanej wraz z niepewnością rozszerzoną, z określonym przeznaczeniem oraz metodą wykonania i charakterystyką materiału odniesienia, z warunkami użytkowania i przechowywania.

Powinny być akceptowane przez PCA, powinny być wykonane przez laboratorium akredytowane.

Roztwory buforowe są wykorzystywane do pomiaru pH w temp. 25°C.

Bufor 9,18 i 6,86 muszą być w pojemnikach po 100ml. Pozostałe bufony: 7,00; 9,21; 3,06; 1,68 muszą być w pojemnikach o objętości 500ml z naczynkiem do wykonywania pomiaru i posiadać termin ważności nie krótszy niż dwa lata dla opakowania jednostkowego.

### **Pakiet II, VI, VII, XXI**

Wszystkie materiały odniesienia używane są w laboratorium jako wzorce do sporządzania krzywych kalibracyjnych, materiały odniesienia w kontroli wewnętrznej, bądź też parametry ich zostały określone w procesie walidacji. Dla w/w materiałów dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod warunkiem że nie wpływają one na charakterystykę metody i nie spowodują rewalidacji metody oraz utraty akredytacji. Producent wzorca musi posiadać akredytację zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2005 w zakresie wykonywania danego produktu lub *materiał odniesienia musi być zarejestrowany w bazie The BIPM Key Comparison Database (KCDB)*.

Świadectwo wzorcowania powinno być wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące i powinno zawierać:

- nazwę jednostki akredytującej producenta wraz z nr akredytacji,

- nr serii,
- stężenie wzorca z podaną niepewnością,
- nazwę materiału wraz z charakterystyką z której sporządzono dany wzorzec,
- czystość w/w materiału,
- opis metody sprawdzenia jakości wzorca lub jego przygotowania,
- datę produkcji i datę ważności, materiały muszą mieć minimum roczny okres ważności (w momencie dostarczenia wzorca do laboratorium może minąć nie więcej niż 20 % z jego okresu ważności), w przypadku pestycydów minimum pół roku,
- datę sprawdzenia danej serii wzorca oraz imię i nazwisko wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie oraz warunki przechowywania wzorca
- świadectwo jakości musi podawać wartość prawdziwą z określoną niepewnością dla 95% poziomu ufności,

### **Pakiet VIII– Podłoża bakteriologiczne**

Podłoża powinny być wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001.

Skład pożywek powinien być zgodny z przytoczonymi normami.

Jeżeli podano normę przy pożywkach szczepy powinny być zgodne z podaną normą.

Do każdej dostarczanej partii suchych pożywek i suplementów należy dołączyć dokumentację zawierającą:

- **nazwa producenta**
- nazwę pożywki
- skład pożywki i suplementu
- numer wyprodukowanej partii
- numer katalogowy
- datę przydatności do użycia
- kartę charakterystyki
- wartość pH przed użyciem pożywki
- czytelną i szczegółową instrukcję przygotowania pożywki
- informację o warunkach przechowywania  
( pożywki suche muszą być przechowywane w temp. pokojowej)
- świadectwo kontroli jakości

Pożywka bazowa i odpowiadający jej suplement muszą pochodzić od tego samego producenta.

Przygotowanie pożywki nie może wymagać zastosowania sterylizacji przy użyciu filtrów bakteriologicznych

Świadectwo kontroli jakości od producenta musi zawierać następujące informacje;

- właściwości fizyczne pożywki
- wykaz szczepów wzorcowych ATCC użytych do kontroli
- wykaz szczepów wzorcowych użytych do kontroli powinien być zgodny z normą PN –EN ISO 11133 : 2014
- wykaz szczepów wzorcowych ATCC wymaganych do przeprowadzenia przez użytkownika kontroli ujemnej( najmniej dwa szczepy) i dodatniej ( najmniej dwa szczepy)
- kontrola jakościowa
- kontrola ilościowa wyrażona liczbowo w postaci procentowego odzysku bakterii z pożywki badanej oraz liczbowo w postaci wzrostu bakterii w jtk
- data wystawienia świadectwa

Każda partia pożywek gotowych musi zawierać następujące informacje:

- nazwa produktu i producenta
- numer serii
- termin ważności
- skład
- ogólna charakterystyka pożywki ( kolor, pH, sterylność, opakowanie)

- świadectwo kontroli jakości ( wykaz szczepów wzorcowych ATCC)
- ilościowe oznaczenie odzysku w postaci wzrostu bakterii w jtk, opis morfologii kolonii)
- opis każdej płytki ( nazwa pożywki, nr serii , data ważności, godzina rozlania pożywki)

Terminy ważności żywek :

- żywek suche i suplementy min. 1 rok
- żywek gotowe na płytkach min. 8 tygodni

### **Pakiet IX**

Wymaga się aby wszystkie lateksy pochodziły o jednego producenta,  
Termin ważności lateksów minimum 1 rok,  
Możliwość wykonania ok. 40 oznaczeń z 1 ml odczynnika.

### **Pakiet XI – Szkło laboratoryjne**

Przy realizacji jednostkowego zamówienia naczynia pomiarowe wymienione w poz. 1,2,3 formularza asortymentowo-cenowego muszą posiadać ten sam numer serii.

Wymaga się aby do każdego rodzaju szkła pomiarowego kl. A dołączono do oferty przykładowe certyfikaty, a na certyfikacie było podane:

- znak towarowy,
- dane producenta i posiadany przez niego system jakości,
- numer serii,
- wartość nominalna i tolerancja szkła pomiarowego wraz z odniesieniem do normy,
- wartość średnia mierzona oraz wartość odchylenia standardowego,
- dane dotyczące wykonania sprawdzenia np. zastosowane przyrządy pomiarowe ich zakres pracy i niepewność,
- datę sprawdzenia i podpis osoby wykonującej sprawdzenie.

### **Pakiet XVI**

Zastosowanie produktów równoważnych nie może obniżać jakości procesu sterylizacji.

Zainstalowanie w stacji produktów równoważnych nie będzie powodować zapalania czy mrugania diod, informujących o nieprawidłowej pracy oraz wyświetlania komunikatów o alarmie czy alercie.

### **Pakiet XVIII, XX**

Zastosowanie produktów równoważnych nie może obniżyć jakości uzyskanej wody.

Oczekuje się, iż próbki ślepe przygotowane w laboratorium nie ulegną pogorszeniu.

Dla trihalometanów nie przekroczą następujących wartości:  $\text{CHCl}_3 < 0,5 \mu\text{g/l}$ ;  $\text{CHCl}_2\text{Br} < 0,3 \mu\text{g/l}$ ;  $\text{CHClBr}_2 < 0,3 \mu\text{g/l}$ ;  $\text{CHBr}_3 < 0,3 \mu\text{g/l}$  . Przewodność uzyskanej wody  $< 1 \mu\text{S/cm}$  . Natężenie przepływu wody podawanej przez dyspenser Q-POD z filtrem końcowym Millipak zawiera się w zakresie (0,05-2)l/min

Zainstalowanie w stacji produktów równoważnych nie będzie powodować zapalania czy mrugania diod, informujących o nieprawidłowej pracy oraz wyświetlania komunikatów o alarmie czy alercie.

Dla wkładów do systemu oczyszczania wody  $\text{RiO}_3$  Zamawiający będzie porównywał równoważność produktów w zakresie testu wytrzymałości ( $> 23$  bar), mającej wpływ na żywotność filtra wody.

### **Pakiet XXII**

Okres ważności testów: min 10 miesięcy od daty dostawy

Do dostawy należy załączyć certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim oraz instrukcję w języku polskim.

### **Pakiet XXIII**

Wszystkie elementy potrzebne do wykonywania szybkiego testu muszą być kompatybilne ze sobą i aparatem – zgrzewarka Quanti-Tray.

## **Pakiet XXVI**

Do dostawy należy załączyć certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim.

12. Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 33.69.63.00-8 - Odczynniki chemiczne
  - 33.69.65.00-0 - Odczynniki laboratoryjne
  - 33.14.00.00-3 - Materiały medyczne
  - 24.95.60.00-0 - Peptony i substancje białkowe
  - 33.69.40.00-1 - Czynniki diagnostyczne
  - 38.43.70.00-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
  - 26.15.23.30-0 - Szkło laboratoryjne

### **Rozdział III Termin wykonania zamówienia**

Zamówienie realizowane będzie na podstawie pisemnych zamówień cząstkowych składanych przez zamawiającego określających rodzaje i ilości produktów oraz terminy dostaw w okresie od dnia podpisania umowy do dnia **28.02.2019r.**

Pożyczany termin realizacji zamówień cząstkowych to:

- pakiet I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, - do 30 dni od złożenia zamówienia,
- pakiet VIII, IX, X- do 7 dni od złożenia zamówienia,

### **Rozdział IV Warunki udziału w postępowaniu**

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

- 1) **nie podlegają wykluczeniu** zgodnie z art. 24 ust.1 pkt.12-23 oraz z art. 24 ust.5 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 2) **spełniają warunki udziału w postępowaniu** dotyczące:
  - a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
  - b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
  - c. zdolności technicznej lub zawodowej.

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu zostanie zweryfikowane na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – **Załącznik Nr 30.**

### **Rozdział V Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w Postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia wymagań przez oferowane dostawy.**

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, załączył do oferty podpisane oświadczenie, stanowiące **Załącznik Nr 30** do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, załączył do oferty:
  - 1) podpisane oświadczenie, stanowiące **Załącznik Nr 28** do niniejszej SIWZ,
  - 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

- zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Wszelkie oświadczenia, dokumenty i kopie dokumentów podpisują wyłącznie osoby wymienione w dokumentach uprawniających do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z wzorem z *Załącznika nr 29* do SIWZ.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów.
6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016, w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r., poz. 1126) należy złożyć:  
Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego. Na potwierdzenie powyższego wykonawca przedłoży do oferty następujące dokumenty: kartę charakterystyki wystawioną przez producenta, certyfikat lub specyfikację techniczną produktu proponowanego przez Wykonawcę wraz numerem katalogowym ( w zależności od wymagań Zamawiającego).
- a) przykładowe świadectwa jakości lub specyfikację w postaci kopii strony z katalogu producenta dla każdego odczynnika z pakietu III, IV,
- b) przykładowe certyfikaty do podłoży suchych – TSC, VRBG, ALOA, Fraser i pół-Fraser, Agar z glukozą OF, gotowych pożywek – GVPC, m-CP oraz suplementów – Fraser i pół-Fraser z pakietu VIII,
- c) przykładowe certyfikaty dla każdego rodzaju szkła pomiarowego – pakiet XI,
- d) specyfikację w postaci kopii strony z katalogu producenta w przypadku produktów równoważnych zaproponowanych w pakietach XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, podpisanego przez wszystkich przedstawicieli wykonawców uprawnionych do ich reprezentowania w obrocie prawnym (występujących z imienia i nazwiska w dokumentach potwierdzających prawo wykonawców do występowania w obrocie prawnym).
8. Wykonawca przedstawia oryginały oświadczeń oraz oryginały lub kopie pozostałych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a jeżeli dokumenty sporządzone są w języku obcym – wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

## **Rozdział VI Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz**

**przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**

1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami:
  - 1) pisemnie na adres zamawiającego,
  - 2) drogą elektroniczną: [administracja@psse-konin.pl](mailto:administracja@psse-konin.pl)
    - a) zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ i ogłoszenia, wyjaśnienia treści złożonych ofert, wezwania oraz pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nie wymienione powyżej.
  - 3) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty, o których mowa wyżej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  - 4) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane drogą elektroniczną, w związku z tym, umowa w sprawie niniejszego zamówienia będzie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 ustawy Pzp.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej :[http://bip.psse-konin.pl/](http://bip.psse-konin.pl)
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej: [http://bip.psse-konin.pl/](http://bip.psse-konin.pl)
5. Nie przewiduje się zwołania zebrania wykonawców.
6. Adres do korespondencji:

Nazwa: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie  
Adres: 62 – 500 Konin, ul. Staszica 16  
Tel: (63) 2439052 wew. 921  
adres poczty elektronicznej – [administracja@psse-konin.pl](mailto:administracja@psse-konin.pl)  
adres strony internetowej – [http://bip.psse-konin.pl/](http://bip.psse-konin.pl)

**Rozdział VII Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**Rozdział VIII Termin związania ofertą**

Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi **30 dni**, licząc od upływu terminu składania ofert. Dzień składania ofert jest dniem pierwszym.

**Rozdział IX Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej.
2. Do sporządzenia oferty zamawiający zaleca wykorzystać załączniki stanowiące integralną część niniejszej SIWZ.
3. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich. Cena podana w Formularzu ofertowym (**Załącznik Nr I**) jest ceną brutto (cena netto plus podatek VAT).
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta winna być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo załączone do oferty.



6. Zalecamy opatrzenie każdej strony oferty kolejnym numerem i prosimy o parafowanie jej przez osobę podpisującą ofertę. Strony powinny być połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
7. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/y uprawnioną/e do podpisywania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.
8. Jeżeli wykonawca dokona zastrzeżenia poufności informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, część dokumentów w tym zakresie należy opakować odrębnie, opisać „poufne” i zabezpieczone w ten sposób dołączyć do składanej oferty.
9. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
  - 1) wypełniony formularz ofertowy - **Załącznik Nr 1**,
  - 2) wypełnione formularze asortymentowo-cenowe- **Załączniki Nr 2-27**,
  - 3) podpisane oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - **Załącznik Nr 30**,
  - 4) podpisane oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - **Załącznik Nr 28**,
  - 5) parafowany wzór umowy - **Załącznik Nr 31**,
  - 6) dokumenty opisane w pkt. V SIWZ.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
11. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:

**Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie**  
**ul. Staszica 16, 62 – 500 Konin**  
**OEA.A- 27-2/18**  
**Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych**  
***Nie otwierać przed terminem 20.02.2018. do godz. 11.15***

Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta musi posiadać nazwę i adres nadawcy.

#### **Rozdział X Miejsce i termin składania ofert**

1. Oferty należy składać w terminie **do dnia 20.02.2018r. do godziny 11.00** w siedzibie zamawiającego w Koninie, ul. Staszica 16 **pokój nr 5** lub przesłać na jego adres.
2. Jawne otwarcie ofert odbędzie się **w dniu 20.02.2018r. o godzinie 11.15** w siedzibie zamawiającego w Koninie, ul. Staszica 16 w sali konferencyjnej.

#### **Rozdział XI Opis sposobu obliczania ceny**

1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza cenowego” i określenia w nim cen na wszystkie elementy zamówienia. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich pozycji „Formularza cenowego”, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
2. Brak wypełnienia i określenia wartości chociażby w jednej pozycji formularza cenowego oraz wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach formularza cena spowoduje odrzucenie oferty.
3. Cena oferty nie będzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia.
5. Cena oferty powinna być podana cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.

#### **Rozdział XII Opis kryteriów, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty i sposób wyboru oferty**

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

**Cena – 60 %.**

**Termin dostawy poszczególnych partii materiałów – 40 %**

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając dodatkowe oferty nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

2. Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

**Kryterium cena - 60 %**

$$\text{Liczba punktów (max 60)} = \frac{\text{Cena najtańszej oferty brutto}}{\text{Cena oferty badanej brutto}} \times 100 \times 60\%$$

**Kryterium termin dostawy poszczególnych partii materiałów – 40 %**

W przypadku pakietów nr I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI:

- termin dostawy poszczególnych partii wynoszący 30 dni = 0 pkt.
- termin dostawy poszczególnych partii wynoszący 21 dni lub mniej = 40 pkt.

W przypadku pakietów nr VIII, IX, X

- termin dostawy poszczególnych partii wynoszący 7 dni = 0 pkt
- termin 5 dni lub mniej = 40 pkt.

3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

### **Rozdział XIII Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust.2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

### **Rozdział XIV Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

1. Warunki umowy zawarte są w projekcie umowy, który jest załącznikiem nr 31 do SIWZ.
2. Umowa zostanie zawarta na czas określony do 28.02.2019r.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy tj:

- a) możliwość zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,
- b) zmiana stawki VAT, w przypadku zmiany stawki VAT,
- c) w każdym przypadku , gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego ( np. gdy obniży koszty zadania).

#### **Rozdział XV Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **Rozdział XVI Informacje uzupełniające**

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy wykonawcom.

**W innych sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.**

#### **ZAŁĄCZNIKI**

**Załącznik Nr 1** - Formularz ofertowy

**Załącznik Nr 2-27** – Formularze asortymentowo-cenowe - pakiety

**Załącznik Nr 28** - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

**Załącznik nr 29** - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

**Załącznik Nr 30** - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

**Załącznik Nr 31** - Wzór umowy